

2018年11月7日

株式会社IHIアグリテック 御中
(FAX: 086-942-9030)

オリックス株式会社
大阪ヘルスケア事業部第一チーム

尾関 佳穂 様

TEL06-6578-1623 FAX06-6578-1697

中古医療機器の販売等にかかる通知書

当社は、以下に記載の中古医療機器（以下対象医療機器という）を販売、授与または賃貸いたしますので、薬事法施行規則第170条に基づき貴社に通知します。

当該対象医療機器の品質確保等につきご指示願います。

ご指示事項がない場合でもお手数ですが、その旨ご回答いただきますようお願い申し上げます。

〔許可番号〕第 N01624 号

〔対象医療機器〕（下記の□のいずれかに✓をつける）

□ 添付書面（納品書、見積書等）のとおり

☑ 機器名称 オゾン水内視鏡消毒器 OED-1000S ポンパ 仕様 1台

設置場所: 医療法人社団 日翔会

大阪府茨木市駅前3丁目6-23

売却先: 医療法人社団 日翔会

大阪府吹田市青葉丘南6-9 バルブラザ青葉丘103

オリックス株式会社 宛 御中

2018年11月14日

社名 株式会社IHIアグリテック岡山事業所
担当部署 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
連絡先 所長 高木博司

回答書

以下のとおり回答します。（下記の□のいずれかに✓をつけてください）

□ 別紙のとおり

☑ 下記のとおり

□ 全対象医療機器につき、指示事項なし

☑ 以下の対象医療機器につき、指示事項あり

対象医療機器	オゾン水内視鏡消毒器 OED-1000S 製造番号 300157 白黒型タッチパネル
指示事項	故障予防のために 白黒型タッチパネルの交換を ご検討ください。詳細は 新鋭工業(株) 大阪支店 に

お問い合わせ下さい。TEL: 06-6228-3311

サービス Gr 中澤-裕

