

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 11月 27日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300407	
作業年月日	2018年 11月 27日		作業時間	: / Hr	
顧客名	あさくらクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	奈良県桜井市黒崎646-1		電話番号	: 0744-46-1114	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2014年 11月 19日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 588
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0205 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

マニホールド周辺チューブ毎年交換要。アルコールキャップ青へ。
ミニ7W-II。EG-580NW2。アドバンシア。

装置情報	交換後運転回数: 1005回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 2147回	消毒+アル: 1592回
	リークチェック: 3回	自己洗浄: 86回	アルコール単独: 4回	エア単独: 1回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10050172 → NO.16092510
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.180529-029 → NO.160912-002
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30年 11月 27日

ご署名

山村 和美

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田