

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 9月 5日

販売名 カービースマニューアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/>	Ver. 3.1	製造番号 : 100740
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 9月 5日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>	Ver. 1.0	納入年月日 : 2013年 6月 2日
顧客名	OBP今村クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号マルチOBPビル1階		電話番号 : 06-4791-9900
作業区分	有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/> 保証期間 <input type="checkbox"/>	作業時間 Hr	
	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 6回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
トレイ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	バルブ数 670
排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	履歴 0.69 ppm
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
前回交換日/交換回数	2018/9/3 / 216回		
運転プログラムバージョン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver. 0107 / T03D

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 91 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 96 回	消毒+アル: 211 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 157 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
交換後 No. 16092516	
オゾンセンサー	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
交換後 No. 160212-019	
給水フィルター	<input type="checkbox"/> 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
接続コネクタ: 水槽側	<input type="checkbox"/> 1個
接続コネクタ: チューブ側	<input type="checkbox"/> 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
排水フィルター	<input type="checkbox"/> 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
エアフィルター	<input type="checkbox"/> 1個
水フィルター	<input type="checkbox"/> 1個
吸盤	<input type="checkbox"/> 1個
マニホールド周辺チューブ	<input type="checkbox"/> 1セット
	<input type="checkbox"/>

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 北村 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山