

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20190918

発行日： 2019 年 9 月 18 日

販売名 / サ-ビ'スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500005
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2019 年 9 月 18 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	相坂クリニック 様	TEL : 06-6452-2022
所在地	大阪府大阪市福島区鷺洲2-12-20	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 20 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シ-ル記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2019 年 定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 50ul x 1 5x 11.5MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 1/12数 443
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレ-	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒ つじ ESR
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0302 / T11A

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

装置 情報	交換後運転回数： 62 → 0 更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌/消毒： 42 / 41	殺菌/消毒+7H： 21 / 20
	リークチェック： 0	自己洗浄： 21	7H-1単独： 0
		エア単独： 0	

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No. 13021301		
オゾンセンサー	☒	1
No 160527-002		
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ；水槽側	☐
接続コネクタ；チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 3
エアフィルター	☒ 1
水フィルター	☒ 1
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 北山 輝美 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者 作業者



中澤