

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 4 月 7 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300851
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020 年 4 月 7 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2016 年 5 月 25 日
顧客名	ふじみ内科医院 様		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市西区榎野台5-4-3		電話番号 : 078-996-0221
作業区分 (出張・引取)	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4 回目
	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐
			作業時間 / Hr
			定期点検シール記入 ☒
			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

FV

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 484
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver.0207 / T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数: 367 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 100 回	消毒+アル: 1206 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1094 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 30 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 140317/1	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 140805-005	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個	
接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
PVJ-118470 有 ☒	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 4 月 7 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

早坂

2020.4.7

早坂