

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2020年 3月 17日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 301344	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 3月 17日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2018年 3月 6日	
顧客名	きむら内科医院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市伏見区向島津田町58-49			電話番号	: 075-623-1008
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間	Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 497
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数		
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0207/T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数： 159 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒： 3 回	消毒+7L： 334 回
情報	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 328 回	アルコール単独： 0 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 17012615	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 150309-010	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ：水槽側	☒ 1個
接続コネクタ：チューブ側	☒ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2 年 3 月 17 日

木村 省



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL：06-6228-3311

責任技術者

作業者

由井