

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 4 月 9 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300534
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020 年 4 月 9 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2015 年 4 月 8 日
顧客名	仁寿会郡家クリニック 様		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府高槻市郡家本町6-5		電話番号 : 072-686-5001
作業区分 (出張・引取)	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5 回目
	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐
			作業時間 / Hr
			定期点検シール記入 ☒
			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

TIV

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 377
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日／交換回数	/	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0205 / T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数: 115 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 167 回	消毒+アル: 430 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 361 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 11040624		接続コネクタ: 水槽側	☒ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ: チューブ側	☒ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 120731-002		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☒ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		アルコール洗浄	☒

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

令和2年 4 月 9 日

ご署名 田中 大志 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
早坂	2020.4.9 早坂