

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 7月 1日

販売名 サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100328
	オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年 7月 1日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 0ED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2012年 1月 11日
顧客名	長崎医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府藤井寺市岡町2丁目1-4		電話番号 : 0729-55-7070
作業区分	有償 ☐ 無償 ☒ 保証期間 ☐ 作業時間 2 Hr		
	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 8回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネル電源入らず

不具合原因、作業内容

タッチパネルの交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 300
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2017/1/13 / 2421回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / T03D

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

タッチパネル交換 NO, 087374 H030802 ⇒ NO, 124824 C060878 (交換品)

装置 情報	交換後運転回数: 477 回	更新 (リセット) 実施: 実施	消毒: 1157 回	消毒+アル: 2634 回
	リークチェック: 4 回	自己洗浄: 1952 回	アルコール単独: 7 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個
交換後 No.	
オゾンセンサー	☐ 1個
交換後 No.	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐ 1個
接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☐ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 7月 1日

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田