

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 20年4月15日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 3.1 Ver. 3.1 Ver. 1.0	製造番号 : 301148 作業年月日 : 20年4月15日 納入年月日 : 17年5月17日
顧客名	やまのりニッ 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県伊丹市西台1-5-7伊丹7237-ハイム1階		電話番号 : 072-871-8778
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐		作業時間 / Hr
出張・引取	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 回目		定期点検シール記入 ☒
	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期部品交換

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 480
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数		19/4/17 / 3
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0207 / T03C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

完了

装置	交換後運転回数: 725 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 2338 回	消毒+アル: 55 回
情報	リークチェック: 3 回	自己洗浄: 69 回	アルコール単独: 回	エア単独: 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 5/8/00/0	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 140905-001	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

令和2年4月15日

ご署名

de田



修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

山田