

点検・修理報告書

管理 No. 20678
発行日: 2021/3/12

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年1月21日			作業時間:	8 Hr
顧客名	小坂矯正歯科 様			TEL:	03-3449-0541
所在地	東京都品川区東五反田5-28-9 3F			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2015 年 11 月 26 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			
装置情報	製造番号:	100029	運転回数:	回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・エラー 2 洗浄槽満水異常が発生した。					
原因					
・排水ラインのホースに異物が詰まっておりました。これにより、排水の流れが悪くなったと考えられます。					
					
処置、作業内容					
・排水ポンプ、排水ホース内部清掃実施。					
・各種清掃、動作点検・調整確認					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。					
2021 年 3 月 15 日 小印 小印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤