

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 12月 23日

販売名 サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100327
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年 12月 23日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2011年 11月 16日
顧客名	林医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市淀川区東三国2-2-19		電話番号 : 06-6391-3838
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 1.0 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 9回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残圧 5.0mpa	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 613
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 亀裂あり (支障無し)	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/12/26 / 5543回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☐ Ver. 0107 / Tol.A

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス実施, 正常運転確認

装置	交換後運転回数: 465 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 2073 回	消毒+アル: 4464 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1054 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 6 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 16082475	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 140325-005	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ: 水槽側 ☐ 1個	
接続コネクタ: チューブ側 ☐ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020年 12月 23日

ご署名

(印) 田 寛子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	和田