

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年8月18日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 3.1 Ver. 3.1 Ver. 1.0	製造番号 : 30004 作業年月日 : 2020年8月18日 納入年月日 : 13年7月30日
顧客名	野木病院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県明石市魚住町長坂寺1003-1		電話番号 : 078-947-7272
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 / Hr		
出張・引取	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 回目 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 定期点検シート記入 ☒ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

保守部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 437
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018.7.6 / 1回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0204 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

完了

装置	交換後運転回数: 90 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 5/2 回	消毒+7L: 3754 回
情報	リークチェック: 回	自己洗浄: 1279 回	アルコール単独: 4 回	エア単独: 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 5200308/		接続コネクタ: 水槽側 ☐ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☐ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 18/2/1-001M/		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		☐	

お客様ご確認署名欄

2020年8月18日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

山下

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

山下