

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 6月 9日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300344
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 6月 9日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2014年 7月 28日
顧客名	堀井医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府茨木市舟木町5番26号		電話番号 : 072-632-2233
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 1.5 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残圧 3mpa	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数 401
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐ 交換
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2020/5/20 / 9023回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0204 / T04C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス完了, 正常運転確認

装置 情報	交換後運転回数: 1448 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 4107 回	消毒+7L: 6364 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 334 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 3051411		接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 140623-009		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☒ 1個
給水フィルター	☒ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 6 月 9 日

ご署名

堀井 孝彦

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田