

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2021年 8月 4日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300357
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 8月 4日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年 8月 21日
顧客名	国頭医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府和泉市伏屋町3丁目7-34 泉北第2ビル1階		電話番号	: 0725-50-4545
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 / Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	7回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 597
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2020/8/5 / 3290回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0204 / To4C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 待機時、主電源ONエラー

装置 情報	交換後運転回数： 393 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒： 784 回	消毒+7L： 2899 回
	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 1947 回	アルコール単独： 2 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No.	17042734
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No.	180724-007
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ：水槽側	☐ 1個
接続コネクタ：チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☒ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021年 8月 4日

ご署名 床並 和美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田