

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 11月 29日

|                               |                                                                        |                               |                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>                           | Ver. 3.1                      | 製造番号 : 300407                                 |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>               | Ver. 3.1                      | 作業年月日 : 2021年 11月 29日                         |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                   | Ver. 1.0                      | 納入年月日 : 2014年 11月 19日                         |
| 顧客名                           | あさくらクリニック 御中                                                           |                               | ご担当 : 院長先生 様                                  |
| 所在地                           | 奈良県桜井市黒崎646-1                                                          |                               | 電話番号 : 0744-46-1114                           |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/>     | 保証期間 <input type="checkbox"/> | 作業時間 / Hr                                     |
|                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> | 7回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取                         | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>              | その他 <input type="checkbox"/>  | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                        |              |                                                       |
|----------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 430       |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm    |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2020/11/9 / 5581回                                     |
| 殺菌槽 LED  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0207-102C |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|    |                 |                                                     |              |               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 装置 | 交換後運転回数: 1104 回 | 更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 消毒: 3966 回   | 消毒+アル: 2719 回 |
| 情報 | リークチェック: 4 回    | 自己洗浄: 576 回                                         | アルコール単独: 9 回 | エア単独: 1 回     |

| 交換部品名称             | 交換・数量                                  |
|--------------------|----------------------------------------|
| オゾン水濃度計            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 12040954   |                                        |
| オゾンセンサー            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 161026-008 |                                        |
| 給水フィルター            | <input type="checkbox"/> 1本            |
| (中空糸・活性炭・糸巻)       |                                        |

| 交換部品名称        | 交換・数量                                  |
|---------------|----------------------------------------|
| オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 接続コネクタ: 水槽側   | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 接続コネクタ: チューブ側 | <input type="checkbox"/> 1個            |
| オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 排水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個            |
| (従来型・新型)      |                                        |

| 交換部品名称       | 交換・数量                                    |
|--------------|------------------------------------------|
| 排水栓          | <input checked="" type="checkbox"/> 1個   |
| エアフィルター      | <input type="checkbox"/> 1個              |
| 水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個              |
| 吸盤           | <input checked="" type="checkbox"/> 1個   |
| マニホールド周辺チューブ | <input checked="" type="checkbox"/> 1セット |
|              | <input type="checkbox"/>                 |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R3 年 11 月 29 日

ご署名 山村 和 美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

奥田