



株式会社HINAWA

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

NO. 00000

TEL(086)944-6528 FAX(086)944-9030

|                                   |                                               |                       |                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様                               | 名称<br>アップル歯科様                                 | 製造番号<br>100067        | J 確認<br> |
|                                   | 住所・TEL<br>北海道江別市野幌町51-5 50-20<br>011-385-8822 | 納入日<br>2016/2/3       |                                                                                             |
| モリタ・営業所・担当TEL<br>担当 モリタ北海道支店 染谷 様 |                                               | 納入検査・会社・実施者<br>ISM 宮下 |                                                                                             |

| 項目    | 判定 | 検査項目                 | 項目     | 判定 | 検査項目                |
|-------|----|----------------------|--------|----|---------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認               | 外装・設置  | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内       |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検        |        | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認        |        | ✓  | キズ・汚れ               |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認      |        | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷   |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態     | 制御     | ✓  | 運転プログラムの確認          |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付      |        | ✓  | 入力・出力確認             |
|       | ✓  | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ  | 性能評価   | ✓  | インジケータによる残渣判定(TOSI) |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認             |        |    |                     |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認         |        |    |                     |
| 給排水   |    | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ     | その他    | ✓  | 付属品の確認              |
|       |    | ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ |        | ✓  | 運転説明                |
|       |    |                      |        | ✓  | 装置内運転時異音・振動         |
| 電装系   | ✓  | 電源スイッチの作動状態          | 運転検査結果 |    | トシ                  |
|       | ✓  | SDソケットの反応・汚れ         | 良好     |    |                     |
|       | ✓  | 行程表示槽内LEDの点灯         |        |    |                     |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ   |        |    |                     |

[illegible]