

P. 001/001

FAX番号:

2020/02/11/水 10:55

# (C) 作業報告書

お名前	平和歯科クリニック 様	ご承認印	宮田
住所	札幌市西区平和2条1丁目-12		
TEL	011-667-6551	署名	
機種名		メーカー	IHIアクリテック
型式	IC Clave (号機)	型番	100364
完了	継続	有料	無料
		運回数	

ご依頼内容・現象  
 大気圧初期化設定表示  
 が発生する (ご依頼者 様)

原因  
 ・圧カセンサー不具合が  
 考えられます。

処置  
 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)  
 各部増締め  分解・再セットアップ  各部清掃  
 グリスアップ  動作確認  設定・プログラムの確認  
 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)  
 性能検査立ち会い  試運転  最終検査終了・異常なし

・圧カセンサー、3方弁、テフロ=フ  
 交換  
 ・リークテスト実施  
 ・試運転 (134℃ 短縮乾燥有負荷)

お客様への伝言

作業日 20 20 年 2 月 10 日

保守形態	1 保守契約	2 性能検査	3 点検	4 点検	5 点検	9 対象外										
サービス形態	1 保守期間	2 ネット	3 CM	医療機器	区分	特管	非特管									
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 組立	70 PR	72 取扱い説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

受付 月 日 時 分  
 到着時間 月 日 時 分  
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	圧カセンサー	1		
	3方弁	1		
	テフロ=フ	2		

1	基本・搬付・点検・注液 (見積書No.)		
2	技術料 3 H × 1名 × 8000円	24000	
3	派遣料 (24km) × 100円	2400	
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費	3000	
6			

札幌SC 実施者 峯坂  
 TEL

取扱業者 (請決先)  
 (株) IHIアクリテック  
 (支店名)  
 (ご担当者)  
 (注文No.)

管理№ 819017  
 左記作業をおこないましたので、  
 検収下さい。  
 なお、不明な点がございましたら  
 上欄の管理№にてお問い合わせ下さい

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売  
 エムシーサービス株式会社  
 〒307-0013 長野県千曲市小島3171-5  
 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-407  
 洗淨・滅菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト  
 滅菌センター  
 〒300-0002 長野県上田市住吉280-8  
 TEL 0260-27-2230 FAX 0260-27-2255  
 福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム  
 VRE メディカルケア株式会社  
 〒307-0013 長野県千曲市小島3172  
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4114

## 料金内訳

⑬ A	部品代	
⑭ B	技術料等	2940
⑮		
⑯	税別合計金額	2940
B	消費税	294
	ご請求金額 円	3234
	納品書№	