

サービス報告書

No.

御施設名 ハート歯科クリニック		依頼日時 年 月 日 時 分	2019年 10月 28日 17時 00分	
部 署		作業開始日時	2019年 10月 28日 17時 00分	
所 属		作業終了日時	2019年 10月 28日 17時 00分	
メーカー名 JHJ アグリテック		作業時間	1 時間 00分	
品 名 減菌機		作業区分	1. 保証内 2. 保証外 3. 保契中 ④ 他	
機 種 Jc7000		ディーラー名		
シリアルNo. 100058		作業者名	小澤 毅	
依頼内容 / 訪問目的 排水コネクタ-漏水 (排水タンク)		処置内容 排水コネクタ-交換 排水タンク		
原因 /				
部品コード	品 名	数 量	単 価	小 計
1	排水コネクタ	1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有 償 2. 無 償		部 品 料 計		
特記		技 術 料		
		出 張 料		
		合 計 ※		
		お 客 様 確認署名 小澤 毅		

B

※合計金額に消費税は含まれておりません。

責任技術者