

点検・修理報告書

管理 No. 19209

発行日: 2020年2月27日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020/2/26	作業時間: 8 Hr
顧客名	函館こんの歯科・矯正歯科 様	TEL:
所在地	北海道函館市昭和1-29-7 B棟2D	ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 北海道支店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 18 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100273	運転回数: 1582回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16蒸気注入異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁が故障しておりました。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 22 日

ご署名 今 訂 正 裕 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/02/27 池	富 '20/02/27 田	三 '20/02/27 宅