

点検・修理報告書

管理 No. 210570

発行日: 2021年10月15日

IC Clave	
作業年月日	2021年10月13日 作業時間: 8 Hr
顧客名	かやの歯科クリニック 様 TEL: 011-708-6480
所在地	北海道札幌市北区北22条西4丁目2-12 ご担当 様
販売店	ササキ札幌支店 ご担当 藤田 様
納入年月日	2021 年 2 月 16 日 保証期間 内 ■ 外 □ 付属品
作業区分	保守点検 □ 総合点検 □ 年 回目 定期点検シール記入 □
出張・引取	修 理 ■ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □

装置情報	製造番号: 300125	運転回数: 761回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー26 停電異常が発生した。		
原因		
・蒸気ヒーターの絶縁抵抗が低下し漏電しておりました。漏電により、ブレーカが落ちたと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気ヒーターを交換いたしました。		
特記事項		
・アジャスターが破損しておりましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2	アジャスター		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 小田 香澄 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/10/15 池	小 '21/10/15 山	三 '21/10/15 宅