

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 / 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100062
作業年月日	平成 25 年 / 月 24 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	おおうさ りりー		TEL:	
所在地			担当	様
販売店	吉田テクノ		担当	様
納入年月日	平成 23 年 12 月 3 日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
特になし			
不具合原因、作業内容			
特になし			
点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 383
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		正常 <input checked="" type="checkbox"/>
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	194	更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施	殺菌:	1	殺菌+アル:	409
	リークチェック:	1	自己洗浄:	3	アルコール単独:	2	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	内視鏡接続ケーブル		<input checked="" type="checkbox"/>	2
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
脱気フィルター		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25.1.24 日

柏田 順一郎

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
	中尾