

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年6月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100784
作業年月日	平成29年6月15日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	佐長内科クリニック 様		TEL：0849-45-7785
所在地	広島県福山市春日町1-20-38		ご担当 様
販売店	(株)ミヤノエックス		ご担当 野田 様
納入年月日	平成25年6月28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年4回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H29年度・定期メンテナンス実施

点検項目			
フタロック	正常	☒	301
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	パルス数 470
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	細管送水ライン 正常 ☒
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	清掃 ☐
トレー	正常	☒	排気ライン 正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	オゾン濃度 正常 ☒
		☐	履歴 0.08 ppm
		☐	異常音、振動 正常 ☒
		☐	電源コード 正常 ☒
		☐	殺菌チューブ類 正常 ☒
		☐	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題なし

装置情報	交換後運転回数：29	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：3	殺菌/消毒+アル：330
	リークチェック：331	自己洗浄：331	アルコール単独：1	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ポンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポンプ水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年29.6.15 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 佐長 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
	福田