

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 31 年 4 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301203
作業年月日	平成 2019 年 4 月 2 日	作業時間： 1.0 Hr
顧客名	祇園わだ内科クリニック 様	TEL： 082-874-2777
所在地	広島市安佐南区祇園3-13-28	ご担当 様
販売店	株式会社セイエル	ご担当 林 様
納入年月日	平成 2017 年 3 月 13 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

H31年定期メンテナンス実施

不具合原因、作業内容

H31年定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はございません。

装置情報	交換後運転回数： 1560 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 975	殺菌/消毒+7L： 1377
	リークチェック： 2.330 自己洗浄： 575	アルコール単独： 132	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコール消毒液		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H31 年 4 月 2 日

ご署名

和田 啓作

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-56
TEL：082-275-0740

責任技術者

増原

作業者

松本