

管理 No. 20200316-01

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 301109
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2020年3月16日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	広島大腸内視鏡クリニック				TEL: 082-507-1555
所在地	西広島市南1-35-21				ご担当 様
販売店	株式会社 西広島 (9号)				ご担当 様
納入年月日	2017年3月23日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3年3回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有/無	シャワー	有/無
保守点検	4/5 消毒槽洗浄	有	分解	有/無
	2.1/15 原水注入			
	1/8 消毒時漏水			

不具合原因、作業内容
下記部品交換
JS-10 洗浄機部品、消毒液入れ器

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 327
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒ 24-35
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 576
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラム ver	正常 ☒ Ver 0207 / TOPC

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
4月12日修理等25分以内完了

装置	交換後運転回数: 1,702 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1,738	殺菌/消毒+アル: 2,907
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 837	アルコール単独: 188
		エア単独: 0	

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 09120024			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 191227-001			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	3	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 遠山 浩子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本