

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 300608
サビ・スミ・アール	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2020 年 10 月 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	はしもと 内科 様	TEL: 082-244-5577
所在地	広島市中区古島東 1-27-20	ご担当 様
販売店	藤井医療器株式会社 様	ご担当 藤本 様
納入年月日	2015 年 7 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 5 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無 ☒	シャワー	有・無 ☒
保守点検実施			分解	有・無 ☒

不具合原因、作業内容
下記部品交換
KD-30 フォルト - 交換
エアライン説明

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 315	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0207/T02c

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題等ありませんでした。
いつもキレイに使用頂きありがとうございます。

装置情報	交換後運転回数: 458	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 167	殺菌/消毒+アル: 12918
	リークチェック: 2459	自己洗浄: 1321	アルコール単独: 7	エア単独: 8

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 18093290			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 200508-001			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 宮崎 泰子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木