

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 300160
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2021年9月22日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1 Hr
顧客名	山内病院 様				TEL: 0898-32-3000
所在地	愛媛県今治市片山3-1-40				ご担当 様
販売店	(株)3iコ - x730w 様				ご担当 山本 様
納入年月日	2013年12月9日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	7年7回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
保守点検	有/無 (有) 異常 (F200) 分解 (F202)	有/無 (有)

不具合原因、作業内容
下記部品の交換

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 320
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 402
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラムver	Ver 204 / 702BL

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常なし。大変きれいにて使用可能と判断。

装置情報	交換後運転回数: 550	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1/725	殺菌/消毒+アル: 12168
	リークチェック: 1	自己洗浄: 1865	アルコール単独: 0	エア単独: 5

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 11100798			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☒	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓 32付	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 180227-001			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名 岡村 梨枝

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本