

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 500367
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	作業日: 2021年9月9日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	作業時間: 1.0 Hr
顧 客 名	蛍クリニック 様	TEL 083-223-8000
所 在 地	山口県下関市金比羅町2-4	ご担当 様
販 売 店	(株)アステム下関 様	ご担当 杉本 様
納入年月日	2019 年 4 月 19 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・保守点検			分解	有・無
			給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 667
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 030417/24

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
4時10分終了とさせていただきます。 (1755.1.1.0) (1767.0.62.0)

装置 情報	交換後運転回数: 1337 更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 1757	殺菌/消毒+7L: 229
	リークチェック: 2 自己洗浄: 652	アルコール単独: 355	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 18093296			脱気フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 15126-003			水槽側コネクタ	☐	2	水フィルター ◆Plus	☒	1
基板	☐	1	チューブ側コネクタ	☐	2	エアフィルター ◆Plus	☒	1
タッチパネル	☐	1	吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名 堀 地 義 広

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本