

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 5 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 300860
作業年月日	平成 29 年 5 月 8 日	作業時間： 1,5 Hr
顧客名	渡部医院 様	TEL： 0854-22-2486
所在地	島根県安来市安来町1373-9	ご担当 様
販売店	(有)明石医科器械店 様	ご担当 児玉 様
納入年月日	平成 28 年 4 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H29 初回保守点検実施 (無償)

点検項目

フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレー	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒

清掃 ☐

殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

バルブ数 557

履歴 0.71 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常なし

装置 情報	交換後運転回数： 283	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 283	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 17	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	1
ポン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

29 年 5 月 8 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

(監)渡部医院 渡部和彦



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
赤井	亀尾