

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 7 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100170
作業年月日	2019 年 7 月 30 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	(医) 耕雲堂 小林病院		TEL:
所在地	島根県松江市今市町 510		ご担当 様
販売店	川上医科器械(株)		ご担当 今田 様
納入年月日	平成 23 年 3 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2019年度 保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 587
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 水回交換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

1531

48/8

装置情報	交換後運転回数: 48/8	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: ☒	殺菌/消毒+アル: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 3	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
ワゴン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 7 月 30 日

ご署名 (医) 耕雲堂 小林病院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者 作業者

赤井 亀尾