

保守点検・修理 報告書

管理 No. 17

発行日 平成24年9月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 10063
作業年月日	平成 24年 9月 28日		作業時間: / Hr
顧客名	まつぎ内科胃腸科クリニック様		TEL:
所在地	福島県田村市常葉町西向字米粉原8		担当 様
販売店	株式会社メディカルネット		担当 様
納入年月日	平成 22年 9月28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/22. 酸素圧力異常 (E-Z00)

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 668
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 448	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 37	殺菌+アル: 742
	リークチェック: 1779	自己洗浄: 408	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H24 年 9 月 28 日

ご署名 松 奇 博 記

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

大友

24.9.28

大友