

保守点検・修理 報告書

管理 No. 28

発行日 平成 25 年 4 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 : 100042
作業年月日	平成 25 年 4 月 10 日		作業時間 : / Hr
顧客名	消化器科・内科 井上クリニック		TEL : 023-681-6080
所在地	山形県山形市北町3-7-1		担当
販売店	岡崎医療株式会社		担当 栗田様
納入年月日	平成 22 年 9 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

総合保守点検契約（定期点検）

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 403
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数 :	更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌 :	殺菌+アル :
	リークチェック :	自己洗浄 :	アルコール単独 :	エア単独 :

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
殺菌フィルター		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H25 年 4 月 10 日

ご署名 渡辺 直子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-1 2 大和町レジデンス 1F
TEL : 022-782-4661

責任技術者	作業者
	