

保守点検・修理 報告書

管理 No.

42

発行日 平成25年9月5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100520
作業年月日	平成25年9月5日	作業時間:	1 Hr
顧客名	滝沢 中央 病院	TEL:	019-684-1151
所在地	岩手県滝沢市鶴岡字狐洞 1-104	担当	様
販売店	(株) 南部医理科	担当	鹿又 様
納入年月日	平成24年8月27日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 419
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

Ver 01017

装置情報	交換後運転回数: 199	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 89	殺菌+7L: 111
	リークチェック: 116	自己洗浄: 79	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手本体側		☐	
排水栓		☒	1	濃度計フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	吸盤		☒	3
オゾンセンサー		☒	1			☐	
コネクタ継手チューブ側		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H25年9月5日

ご署名 高橋 雅樹 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者



H25. 9/5

