

保守点検・修理 報告書

管理 No. 53
発行日 平成25年10月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100522
作業年月日	平成 25年 10月24日		作業時間: / Hr
顧客名	らくらく医院 様		TEL: 0248-54-5333
所在地	福島県白河市大信町屋107-1		担当 様
販売店	株式会社アクトメディカルサービス		担当 井上 様
納入年月日	平成 24年 10月22日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
なし			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 540
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 0	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 79	殺菌+アル: 204
	リークチェック: 0	自己洗浄: 205	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	接続コネクタ		☐	2
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤 (3個入)		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄	25年 10月 24日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 鈴木高穂	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4丁目 9-1 2 大和町レジデンス
TEL : 022-782-4661

責任技術者	作業者
	25.10.24