

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20141002-H

発行日 平成 26年 10月 2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100520
作業年月日	平成 25年 10月 2日		作業時間: 1 Hr
顧客名	滝沢中央病院 様		TEL: 019-684-1151
所在地	岩手県滝沢市鶴飼字狐洞1-104		担当 様
販売店	株式会社 南部医理科 本社		担当 松舘 様
納入年月日	平成 24年 8月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/9 E202, 9/3 E202, 2/2 E202

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 568
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

(オゾン交換済)

装置情報	交換後運転回数: 216	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 188	殺菌+7L: 228
	リークチェック: 234	自己洗浄: 15P	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	1
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26年 10月 2日

ご署名 藤原 留美子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	426 10/2 