

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20141029-G

発行日 平成26年10月29日

販売名	オゾン水内視鏡消毒器 OED-1000S		製造番号 : 300070
作業年月日	平成26年 10月 29日		作業時間 : 1.5 Hr
顧客名	高橋医院 様		TEL : 0229-72-1005
所在地	宮城県大崎市岩出山上川原町24-3		担当 〆 様
販売店	株式会社スズケン		担当 様
納入年月日	平成 25年 10月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 1年目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 370
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数 : 130	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌 : 6	殺菌+アル : 125
	リークチェック : 0	自己洗浄 : 128	アルコール単独 : 0	エア単独 : 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手本体側		☒	2
ポン濃度計		☒	1	コネクタ継手チューブ側		☒	2
濃度計フィルター		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
ポンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

高橋



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL : 022-782-4661

責任技術者	作業者
	1126.10.29