

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 8月 21日

機種/型式	クラスポートブレーブ IC clave		
作業年月日	2018年 7月 26日		作業時間: Hr
顧客名	ささき歯科クリニック	様	TEL: 019-687-1119
所在地	岩手県滝沢市鶴岡狐洞 1-457		ご担当: 様
販売店	株式会社ヒノ 盛岡営業所		ご担当: 小野寺 様
納入年月日	2016年 8月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品: 様
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100184	運転回数: 1495回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
真空工程時の異音		
原因		
真空ポンプの故障 (インパル破損)		
処置、作業内容		
真空ポンプを交換し手付け		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ②無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
〒020-0608 岩手県滝沢市鶴岡狐洞1-457

ご署名 ささき歯科クリニック (捺印)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

TEL 019-687-1119 責任技術者 小野寺 作業者