

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 8月 21日

機種/型式	ワッシャー・ディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2018年 7月 25日	作業時間:	10 Hr
顧客名	玉木デンタルクリニック	様	TEL: 018-827-547
所在地	秋田県秋田市旭南 3丁目2-73	ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 盛岡営業所	ご担当	中塚 様
納入年月日	2017年 3月 16日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

装置情報	製造番号: 100197	運転回数: 1047回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー-No.18 乾燥ヒーター異常

原因

乾燥用ファン故障
(結露によるショートが原因と考えられます)

処置、作業内容

故障部品の交換
結露防止プログラムの更新。

特記事項

洗浄槽下部のフィルターに目詰まりが見られました。
エラー発生、故障の原因となっており、定期的に清掃をお願いいたします。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	乾燥ファン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 玉木 天郎 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者