

NO.6708 P.2

0222831534 エムシーサービス(株)仙台SC

2019年 3月14日 17時00分

B 作業報告書

依頼者 住所 TEL 019-621-8484 業名 洗浄室 依頼 様	ご承認印 印 様
機種 型式 IC Washer 号機 回数 回	
完了 継続 有料 無料 製番 100235	
取扱業者名 (株)エムシーサービス様	ご担当者 松本 様

ご依頼内容・現象
①排水されない
(滴水エラ発生)

原因
①排水ホールの不具合により
排水されずエラ外発生していると考えられます。

処置
①排水ホールの交換
②試運転OK
③水漏れ確認

最終確認チェック
☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言
店側の機器のコンディション
メーカー
数値
☐異常なし ☐警報・Br
☐漏れあり ☐異音あり
☐故障あり ☐劣化あり
部位
☐別紙添付 ☒あり ☐なし

作業日 20 19 年 3 月 13 日


保形 守 2 3 4 5 9
態 守 性 性 点 点 点
約 検 検 検 検 検
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

(24時間制で記入)
受付時間 月 日 時 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	排水ポンプ	1	交換品	

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No)	
2	技術料 2.5 H× / 名× 8000円		20.000
3	派遣料 187km× 1 名× 100 円 × 2回		37.400
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3.000
6	高率代 4700円 × 2回		9.400

部署長 検印 入力 納品書
仙台SC 実施者 後藤 三上
TBL022-32-0050



医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 〒307-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

M 減菌センター 〒086-0002 長野県上田市吉吉200-8
TEL 0268-27-2250 FAX 0268-27-2250

播社用具レンタル・販売・住宅リフォーム
MARE メディカルケア株式会社 〒307-0010 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4118

管理No. 803336
左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

料金内訳

③A
部品代
技術料等 69,800

④B
視察合計金額 69,800

⑤
消費税 5,584

⑥
ご請求金額 ¥ 75,384

納品書No