

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019年 6月 19日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 6 月 19 日	作業時間：	/ Hr
顧客名	菜園矯正歯科クリニック 様	TEL：	019-621-8484
所在地	岩手県盛岡市開運橋通2-20	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2017 年 7 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100235	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
No.8 洗剤流量検査			
原因			
処置、作業内容			
洗剤流量計の交換。 流量カウント確認 各種設定値確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019年 6月 19日

ご署名 古町 瑞郎 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者



作業者

