

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160419-K
発行日：平成28年 4 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300022
作業年月日	平成 28 年 4 月 19 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	藤谷内科クリニック 様		TEL： 022-361-0211
所在地	宮城県塩釜市南錦町8-10		ご担当 様
販売店	株式会社シバティンテック		ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 4 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 442
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐ 交換
☐			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 865	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 652	殺菌/消毒+7L： 1875
	リークチェック： 139	自己洗浄： 859	アルコール単独： 7	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H28 年 4 月 19 日

藤谷内科クリニック
ご署名 印修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4-9-12
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	2016.4.19 