

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160624-0-1

発行日：平成 28年 6月 24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☐		製造番号： 100440
作業年月日	平成 28年 6月 24日		作業時間： 1 Hr
顧客名	本荘第一病院 様		TEL： 0184-22-0111
所在地	秋田県由利本荘市岩瀬下110		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 24年 6月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/6 (12:200 酸素圧力異常)

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 588
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

なし

装置情報	交換後運転回数：130470 更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒：2592	殺菌/消毒+7L：0
	リークチェック：0	自己洗浄：268	アルコール単独：0
			エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

28年 6月 24日

ご署名

工藤 賢

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店

宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F

TEL：022-782-4661

責任技術者

作業者



H28/06/24