

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20181226-YK

発行日：平成 30年 12月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100605
作業年月日	平成 30年 12月 26日		作業時間：Hr
顧客名	鈴木クリニック 様		TEL：023-681-8011
所在地	山形県山形市桜町4-6-16		ご担当 様
販売店	岡崎医療株式会社 様		ご担当 栗田 様
納入年月日	平成 24年 11月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 735
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：1137	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒：1692	殺菌/消毒+アル：3942
	リークチェック：3806	自己洗浄：1359	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	タッチパネル		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールドチューブ		☒	1本

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 鈴木クリニック	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
 TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	H30.12.26 大和