

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20211019-Y
発行日: 2021 年 10 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500027
作業年月日	2021 年 10 月 19 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	消化器科・内科井上クリニック 様		TEL: 0236-81-6080
所在地	山形県山形市北町3-7-1		ご担当 様
販売店	岡崎医療株式会社		ご担当 山川 様
納入年月日	2018 年 11 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴 保守点検			
不具合原因、作業内容 保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 576
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☐ Ver. 0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 1763 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐		消毒 (総運転回数): 4913 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 4904	
	消毒+アル (総運転回数): 0		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0	
	リークチェック: 4908	自己洗浄: 698	アルコール単独: 0	エア単独: 1016

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 18073194			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ 側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	2021 年 10 月 19 日 井上 隆 印
---	----------------------------

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	大和