

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20211215-Y

発行日：令和 3 年 12 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100605
作業年月日	令和 3 年 12 月 日		作業時間： Hr
顧客名	鈴木クリニック 様		TEL：023-681-8011
所在地	山形県山形市松町4-6-16		ご担当 様
販売店	岡崎医療株式会社 様		ご担当 山川 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検			
不具合原因、作業内容			
保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 697
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
□		□	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数： 1125	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 32(4)	殺菌/消毒+7L： 51759
	リークチェック： 5658	自己洗浄： 2011	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		〒990-0813 山形県山形市松町4丁目6番16号 医療法人 鈴木クリニック 理事長 鈴木 康之 ご署名 TEL. 023-681-8011	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		責任技術者 作業者	
修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10 TEL：022-288-4660			