

点検確認書

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

点検年月日	23年 10月 21日	機種名	ONW-10B	製造番号	レンタル 001735
設置場所	新潟県十日町市大字中条甲1096-2			TEL	0257-52-7155
納入時期	22年 10月 29日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果			
スイッチ類	正常	☒	交換	☐
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
吸水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音・振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☐	(濃度: %)(流量: L/min)(圧力: Mpa)	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内装	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレンフィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

23年 10月 21日

ご署名

山崎 雄



*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。