

C 作業報告書

依頼者	千葉デンタルオフィス 様			ご承認印
住所				
TEL	022-727-4480 番			様
機種型式	WD-750	通称	同機	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株) IHIソバウラ 様			様

依頼内容・現象

①E-10が出る(凝縮タンク満水)

原因 ①凝縮タンク満水にセンサ-の感度が良すぎる為、センサ-が感知しやすくなってこの事が原因だと考えます。

処置 ②センサ-感度の調整及び新しいセンサ-への交換作業、③テスト運転及び漏水確認OK

最終確認チェック ☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作 ☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言 暫く様子を見て下さい。

図の機器のコンディショニング

メーカー	機種

異常なし ☐ 警報・E-10あり ☐ 異常あり ☐ 漏れあり ☐ 底損あり ☐ 劣化あり

別紙添付 ☐あり ☐なし

作業日 2015年10月11日

メモ 49992

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

〒387-0013 長野県千代田市小島3171-5

仙山SC 022-232-0050 金沢SC 076-223-4156 特設SC 054-398-3010
山形SC 023-839-7636 北陸SC 0284-82-1002 富山SC 0587-66-1677
新潟SC 025-275-8317 石川SC 023-864-5009 福井SC 075-646-1223
岐阜SC 057-541-5555 滋賀SC 076-241-5555 京都SC 075-9500
松本SC 0264-59-5005 山梨SC 042-206-1060 長野SC 026-294-5500

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8

TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

〒387-0013 長野県千代田市小島3172

TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

COARE メディカルケア株式会社

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)		
2	技術料	3 H×1 名×7500円	22,500	
3	派遣料	名×	8,600	
4	宿泊費	泊×		
5	諸経費		3,000	
6				

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

1 基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)

2 技術料 3 H×1 名×7500円 22,500

3 派遣料 名× 8,600

4 宿泊費 泊×

5 諸経費 3,000

6

山台SC 佐藤 実 施 者

TEL 027-232-0050

部署長 入力 検印 納品書

管理No. 778954

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

料金内訳

⑬A

部品代

⑭B

技術料等 34,100

⑮

⑯

税別合計金額 34,100

消費税 2,728

ご請求金額 ¥ 36,828

納品書 No.