

点検確認書

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

点検年月日	26年 1月 28日	機種名	ONW-10B	製造番号	001700
設置場所	新潟県長岡市飯塚 2800-1			TEL	0258-41-3232
納入時期	21年 12月 11日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果			
スイッチ類	正常 ☒	交換	☐	
電源釦	正常 ☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常 ☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常 ☒	交換	☐	
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換	☐	
蛍光灯	正常 ☒	交換	☐	
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
吸水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
異常音・振動	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☐	濃度	mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☐	(濃度: %)	(流量: L/min)	(圧力: Mpa)
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常 ☒	清掃	☐	
内装	正常 ☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式
吸湿筒	交換 ☐	一式
ドレンフィルタ	交換 ☐	一個
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個

2014. 1. 28

〒949-5414 新潟県長岡市飯塚2800番地1 日

岩塚診療所

TEL 0258 (41) 3232

ご署名 院長 横森 哲太郎 印

*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。