

2019年 2月22日 15時3分 0222831534 エムシーサービス(株)仙台SC

B 作業報告書

お名前	千葉デジタルオース 様				ご承認印
住所					
TEL	022-727-6480	室名	洗浄消毒室	依頼	様
機種型式	WD-150		号機	回数	回
完了	継続	有料	燃料	製番	
取扱業者名	(株)IHエアリテック 様		ご担当者	松下 様	

ご依頼内容・現象
◎ 排水、清水エラーの確認
◎ 水漏れの確認
原因
○ 排水ホシの劣化
○ 循環ポンプからの水漏れ
処置
◎ 排水時間の30秒の延長。
◎ 循環ポンプからの水漏れと思われずの1-ご対応をお願い致します。

最終確認チェック	☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
	☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了
お客様への伝言	席の機器のコンディション			
	メーカー			
	機種			
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er			
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり			
	☐ 破損あり ☐ 劣化あり			
	部位			
☐ 別紙添付	あり	なし		

作業日 20 19 年 2 月 22 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検外	(摘要)	
サービス形態	1 定期点検	2 スキット	3 CM	医療機器		区分	特 非 非	
作業区分	00 部品取付	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 廃止
	70 PR	72 取組説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他


(24時間制で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・搬付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 1.5 H × 1 名 × 8000 円	12,000
3	派遣料 4 H × 1 名 × 100 円 × 2 回	800
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	
6		

サービスセンター	仙台SC	実施者	王上
TEL	022-232-0050		
部署長	検印	入力	納品書



医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

IL 保 SC 長野 SC つくば SC 神奈川 SC 大塚 SC 福岡 SC
佐川 SC 松本 SC 千葉 SC 静岡 SC 長崎 SC 長崎 SC
山形 SC 金沢 SC 埼玉 SC 埼玉 SC 新潟 SC 新潟 SC
山形 SC 北前 SC 青森 SC 山形 SC 山形 SC 山形 SC
山形 SC 山形 SC 山形 SC 山形 SC 山形 SC 山形 SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター
〒306-0002 長野県上田市佐古280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社
〒307-0013 長野県上田市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理№ 803354

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳	
⑩ A	
部品代	
⑪ B	
技術料等	12,800
⑫	
⑬	
税別合計金額	12,800
⑭	
消費税	1,024
ご請求金額 ¥	13,824
納品書 №	