Ⓑ 作業報告書

得意様	小松こども歯科 様	ご承認印	
住所			
TEL	022-220-1660	宛名	
機種名	WD-150(貸出機)	メーカー	(株)IHIアグリテック
型式	(号機)	製番	
完了 / 継続 / 有料 / 無料		運転回数	回

作業日 20 19年 6月 28日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 特 / 非特

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先)
(株)IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者) 松下 様
(注文No.)

管理No. 815098

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒307-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
北越SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC 仙台SC 長岡SC 千葉SC 静岡SC 神戸SC 長崎SC 新潟SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 熊本SC 郡山SC 北関東SC 首都圏C 秋田SC 広島SC 盛岡SC 群馬SC 東京SC 宮崎SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器厚洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒306-0002 長野県上田市住吉280-6 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒307-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象

・槽内満水エラー発生

(ご依頼者 様)

原因

・排水ポンプに異物が混入し水を排水することが出来なかった為です。

処置

- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☑動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・排水ポンプ内部から異物を除去致しました。

・水漏れ確認OK

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 2 H× 1 名× 8000 円	16,000	
3	派遣料 14km× 100 円 ×2回	2800	
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費	3000	
6			

料金内訳

⑬A 部品代		
⑭B 技術料等	21	800
⑮		
⑯ 税別合計金額	21	800
消費税	1	744
ご請求金額¥	23	544
納品書No.		

責任技術者	検印	入力	納品書

サービスセンター: 仙台SC TEL 022-232-0050 実施者: 石垣 上

B 実施者→取扱業者

NO. 7478 P. 2
2019年 7月 9日 17時28分 0222831534 エムシーサービス(株)仙台sc