点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 2 月 19 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ　IC Clave		
作業年月日	2019 年 1 月 31 日	作業時間：	Hr
顧客名	郡山ラポール歯科　様	TEL：	024-962-0830
所在地	福島県郡山市御前南5-73	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2017 年 10 月 日　保証期間 内 □ 外 ■	付属品	
作業区分	保守点検 ■ 総合点検 □ 年 回目	定期点検ｼｰﾙ記入	□
出張・引取	修 理 ■ 点検のみ □ その他 □	修理表示貼付	□

装置情報	製造番号：100277	運転回数：1514	運転回数リセット：■実施 □未実施

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・本体下部より水漏れ

原因

・蒸気発生器からの水漏れ

処置、作業内容

・蒸気発生器パッキン交換

・各種調整、プログラム更新、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・蒸気発生器パッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償　2. 無償

部品代 合計	
技 術 料	
出 張 料	
合計	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 2 月 20 日

ご署名　　印

修理業者　株式会社IHIアグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL：086-944-6528

FAX：086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/02/19 菊池	環境PJ '19/02/19 小柳